



# REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

## EICH- UND BESCHUSSWESEN BADEN-WÜRTTEMBERG

Office of Legal Metrology of the State of Baden-Württemberg (Germany)

**DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT**  
*THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.*

## Eichschein

Verification certificate



### Nummer

Number

FE-19-00260

### Gegenstand

Object

Nichtselbsttätige Waage  
der Genauigkeitsklasse III  
Höchstlast: 60000/15000 kg, e = 20/10 kg

### Identifikation

Identification

Fabr. Nr.: 10694  
Typ: GCU 45  
Interne Nr.: Fahrzeugwaage

### Hersteller

Manufacturer

Wöhwa

### Antragsteller

Applicant

WEAG GmbH & Co. KG  
Küferstr. 25  
73257 Köngen

### Prüfverfahren

Test procedure

Entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches  
Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-  
P 2.3 NSW)“

### Ergebnis

Result

Das Messgerät entspricht den Anforderungen des MessEG und  
der MessEV.

### Ort und Datum der Eichung

Place and date of verification

Köngen, 21.02.2019

### Eichfrist endet am

Verification period until

31.12.2022

### Eichkennzeichen

Verification marking



Angegeben ist die Eichfrist gemäß §34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in §37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

*Declared is the verification period according to §34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in §37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.*

### Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

*This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.*

### Ort und Datum

Place and date

Fellbach, 22.02.2019

### Dienstsiegel

Official stamp



### Im Auftrag

On behalf of

Jochen Ammersinn